



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 13 " 09 2018 року

№ 602-123-20-1/ 38532

Об'єкт експертизи: Поліграфи "РУБІКОН" моделей П-01, П-02 та П-03

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 26.20.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для реєстрації відносної зміни фізіологічних параметрів організму людини у відповідь на сприйняту аудіовізуальну інформацію

Країна-виробник ФОП Дубровський Олексій Євгенович, Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Генерала Бочарова, буд. 35, кв. 229, адреса виробництва: Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, вул. Дерibasівська, 18, +380487980508; +380967980508,

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Дубровський Олексій Євгенович, Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Генерала Бочарова, буд. 35, кв. 229, національний номер заявника експертизи 2356813818

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: об'єкт повинен мати захист першого класу від ураження електричним струмом. Рівні виробничого шуму не більше 75 дБА. Еквівалентний рівень вібрації до 45 дБА; параметри неіонізованих випромінювань на відстані 0,3 м: ЕП 50 Гц 500 В/45екм, МП 50 Гц 0,4 мкТл, ЕМП 0,03-300 МГц 3 В/м відповідно до вимог: ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації"; ДСН 3.3.6.039-99 "Санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку"; ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше мг/м³: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; етилацетат – 0,1; одориметрія - не більше 2 балів; відповідно до вимог відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що

застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Поліграфи "РУБІКОН" моделей П-01, П-02 та П-03

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 9244 від 27.08.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

Т.С.Б.